

26.05.2017

EC1/ 895 /2017

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dotyczy: Postępowanie nr 279/DND/BSU/2017

W związku z wpływieniem pytań Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści myjkę ultradźwiękową wyposażoną w 2 wyświetlacze cyfrowe wyświetlające odpowiednio: temperaturę aktualną oraz czas pozostały do zakończenia cyklu czyszczenia? Zaoferowana myjka spełnia pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że myjka będzie posiadała inny wskaźnik ustawionej temperatury.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie uległ zmianie i upływa w dniu 31 maja 2017 r. o godzinie 10:00.

2 upoważnienie
Dyrektor
Marcin Jagodziński
Kierownik Działu
Administracji i Zakupów